



Données Patient		CAMARA SEKOU ARONCK
Date de naissance	02/02/1996	
Age	28	
Société	CHEC EPC2	
ID	24121111583915075	

Date du test: 11/12/2024 12:01:06
Durée: 5mn 57s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	10	5		-10		0		-10
CA Droit		20	25	15	5		-10		-10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes