


MEDVIE


Date du test: 13/01/2025 09:57:36
Durée: 6mn 09s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF NIANGA	
Date de naissance	01/01/1984
Age	41
Société	SMFG
ID	25011309515502872

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	10	5		0		-5		10
CA Droit		20	25	5	0		5		-5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes