

MEDVIE


Date du test: 18/08/2025 11:45:44

Durée: 3mn 23s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CISSE ABDOULAYE
Date de naissance	04/06/1992	
Age	33	
Société	GSL	
ID	25081811385362926	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	30	25		10		25		30
CA Droit		20	25	30	30		5		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes