


MEDVIE


Date du test: 18/07/2025 12:12:19
Durée: 5mn 36s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SAMOURA SEYDOU	
Date de naissance	01/01/1984
Age	41
Société	RKMC
ID	25071812010433443

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	5	10	10		25		45		35
CA Droit		10	10	10	10		25		40		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes