


MEDVIE


Date du test: 04/06/2024 13:51:21
Durée: 3mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA FODE BAKARY	
Date de naissance	20/05/1985
Age	39
Société	MV/COVEC
ID	24060413424580302

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	15		20		10		30
CA Droit		15	20	25	20		15		15		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes