

MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 08:25:17

Durée: 5mn 46s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MAMADY
Date de naissance	01/01/1982
Age	42
Société	COVEC
ID	24022208224727785

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	15	15	15		5		25		15
CA Droit	50	5	5	10	10		0		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes