


MEDVIE


Date du test: 19/08/2024 13:13:48
Durée: 6mn 51s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		BILIVOGUI FOROMO
Date de naissance	01/01/1999	
Age	25	
Société	COVEC	
ID	24081913101230135	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	10	0	10		20		-5		0
CA Droit		20	15	-5	0		0		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes