

MED VIE


Date du test: 16/07/2024 09:52:40

Durée: 5mn 36s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KALIVOGUI OVO OVO
Date de naissance	22/06/1987
Age	37
Société	COVEC
ID	24071609490973421

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	15	10		-5		5		5
CA Droit		15	20	10	5		-5		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes