

MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 15:29:11

Durée: 5mn 55s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MAMADOU	
Date de naissance	17/08/1988
Age	35
Société	BCEIP
ID	24070515281599642

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	10		10		15		5
CA Droit		5	5	10	10		15		15		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes