

MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 15:32:18

Durée: 13mn 13s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CISSE YAYA
Date de naissance	01/01/1988	
Age	36	
Société	CR18	
ID	24041515244257810	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	60	35	45	40	20		20		20		25
CA Droit	20	15	25	20	10		20		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes