

MEDVIE

Date du test: 08/07/2024 13:55:46

Durée: 5mn 40s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CAMARA AMARA

Date de naissance 01/01/1990

Age 34

Société BCEIP


ID 24070813525938326

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	0		-5		25		30
CA Droit		10	20	15	10		0		10		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes