

MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 09:27:39

Durée: 13mn 21s


 Type test
 Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Données Patient	
BAH MAMADOU KENIA	
Date de naissance	01/01/1976
Age	48
Société	BCEIP
ID	24041509245189795

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	25	30	30	25		25		35		30
CA Droit	20	20	35	30	25		25		35		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes