



MEDECINE DE LA VIE  
BEYLA

Date de l'examen 04 09 2024 12h13

Dernier étalonnage 17 10 2023 13h31

|              |            |             |               |
|--------------|------------|-------------|---------------|
| Nom :        | KOUROUMA   | Prénom :    | ALY           |
| Né le :      | 09 12 1994 | Age :       | 29 ans        |
| Sexe :       | Masculin   | Id :        | 930           |
| Entreprise : | BECEIP     | Fonction :  | MANOEUVRE     |
| Exposition : |            | Opérateur : | MADAME CAMARA |
| Notes :      |            |             |               |



☐ Droite
 ☐ Pas de réponse
 ☐ Test douteux
 ☐ Prédit (ISO7029)
 ☐ Gauche
 ☐ Pas de réponse
 ☐ Test douteux

| Résultats                                                                              |                 |           |                           |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|------|---------|
| Fréq (Hz)                                                                              | 250             | 500       | 1000                      | 2000 | 4000    |
| Droite                                                                                 | 20              | 20        | 35                        | 25   | 10      |
| Gauche                                                                                 | 20              | 15        | 20                        | 15   | 10      |
| Prédit                                                                                 | 8               | 8         | 8                         | 8    | 9       |
| Commentaire:                                                                           |                 |           |                           |      |         |
| Indices                                                                                |                 |           |                           |      |         |
|                                                                                        | Droite (dB HTL) |           | Gauche (dB HTL)           |      | Moyenne |
| PAM                                                                                    | 18              |           | 13                        |      | 15      |
| Critères Sncf Bouchons moulés: Non apte - Casque anti-bruit: Non apte - Sécurité: Apte |                 |           |                           |      |         |
| Conditions                                                                             |                 |           |                           |      |         |
| Emission : Pulsé                                                                       |                 | Pas : 5dB | Première oreille : Droite |      |         |
| Mode Auto ascendant                                                                    |                 |           |                           |      |         |