



| Données Patient   |                   | TRAORE SOUMAILA |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| Date de naissance | 13/06/1978        |                 |
| Age               | 45                |                 |
| Société           | BCEIP             |                 |
| ID                | 24032910225907519 |                 |

Date du test: 29/03/2024 10:26:18  
Durée: 3mn 22s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Gauche



Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 35  | 30  | 25  | 15 |     | 20 |    | 30 |    | 15 |
| CA Droit  |     | 30  | 25  | 25  | 25 |     | 25 |    | 25 |    | 10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 23,8 dB | --- |
| CA Droit        | 25,0 dB | --- |

Notes