



MEDECINE DE LA VIE  
BEYLA

Date de l'examen 03 10 2024 11h09

Dernier étalonnage 17 10 2023 13h31

Nom : SIMAGAN  
Né le : 15 01 2004  
Sexe : Masculin  
Entreprise : BCEIP  
Exposition :  
Notes :

Prénom : SORY  
Age : 20 ans  
Id : 1058  
Fonction : OPERATEUR FOREUR  
Opérateur : CONDE MARIAME



○ Droite    Pas de réponse    Test douteux    ☒ Prédit (ISO7029)    × Gauche    Pas de réponse    Test douteux

| Résultats                          |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
|------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|------|------|---------|------|------|
| Fréq (Hz)                          | 125 | 250             | 500 | 750 | 1000            | 1500 | 2000 | 3000    | 4000 | 6000 |
| Droite                             | 10  | 10              | 20  | 10  | 10              | 20   | 20   | 10      | 10   | 20   |
| Gauche                             | 20  | 20              | 30  | 20  | 10              | 10   | 10   | 20      | 10   | 10   |
| Prédit                             | 7   | 8               | 8   | 7   | 7               | 7    | 7    | 7       | 7    | 8    |
| Commentaire:                       |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Indices                            |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
|                                    |     | Droite (dB HTL) |     |     | Gauche (dB HTL) |      |      | Moyenne |      |      |
| PAM                                |     | 15              |     |     | 10              |      |      | 13      |      |      |
| S.I.G.Y.C.O.P Résultat : O = 5     |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Perte auditive asymétrique : 13.33 |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Conditions                         |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Emission : Pulsé                   |     | Pas : 5dB       |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Mode Manuel                        |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |