



Données Patient		CONDE SIAKA
Date de naissance	24/08/1996	
Age	27	
Société	MV/BCEIP/46	
ID	24030611084244893	

Date du test: 06/03/2024 11:12:32
 Durée: 4mn 25s
 Type test Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	40	30	30		25		10		25
CA Droit		30	40	30	20		15		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes