

MEDVIE


Date du test: 07/05/2024 15:25:42

Durée: 2mn 57s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CISSE MORY
Date de naissance	12/03/1990	
Age	34	
Société	BCEIP	
ID	24050715234504529	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	30	25	20		20		20		10
CA Droit		10	25	30	20		20		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes