



| Données Patient   |                   | SANGARE AMARA |
|-------------------|-------------------|---------------|
| Date de naissance | 03/02/1988        |               |
| Age               | 36                |               |
| Société           | GPC               |               |
| ID                | 25011511102093816 |               |

Date du test: 15/01/2025 11:12:07  
 Durée: 3mn 27s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Gauche



Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | -5  | -5  |     | 10 |     | 5  |    | 10 | 10 | 10 |
| CA Droit  |     | -5  | -5  |     | 10 |     | 0  |    | 0  | 5  | 5  |

| Calcul de perte |     | PAM     |
|-----------------|-----|---------|
| CA Gauche       | --- | 10,0 dB |
| CA Droit        | --- | 10,0 dB |

Notes