

MEDVIE

Date du test: 31/01/2025 14:44:20

Durée: 5mn 21s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

MANSARE SAA

Date de naissance

16/04/1992

Age

32

Société

GPC

ID

25013114394477060

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	5	15	10		10		5		0
CA Droit		-5	5	5	10		15		5		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes