



MEDVIE

Date du test: 24/02/2025 13:32:21
Durée: 5mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

LAMAH FRANCOIS


Date de naissance: 30/10/1992
Age: 32
Société: GPC
ID: 25022413304317828

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	-5	5	-5		5		10		10
CA Droit		0	5	5	5		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes