



| Données Patient | | MILLIMOUNO SIA FATTA |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| Date de naissance | 29/05/1997 | |
| Age | 27 | |
| Société | WELHY | |
| ID | 24081914320179094 | |

MEDVIE

Date du test: 19/08/2024 14:34:32
 Durée: 3mn 59s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

| Audiomètre | |
|--------------------|-------------------|
| Type: | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série: | 2111EAT690092 |
| Date Calibration : | 30/11/2021 |



Oreille Gauche

Oreille Droite

| | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | | 35 | 30 | 25 | 20 | | 15 | | 10 | | 15 |
| CA Droit | | 45 | 35 | 25 | 20 | | 15 | | 30 | | 25 |

| | | |
|-----------------|---------|-----|
| Calcul de perte | PAM | IPA |
| CA Gauche | 18,8 dB | --- |
| CA Droit | 25,0 dB | --- |

Notes