

MEDVIE


Date du test: 03/09/2025 09:47:03

Durée: 4mn 04s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
GUEYE AMINATA	
Date de naissance	22/09/1979
Age	45
Société	WELHY CIS
ID	25090309425092177

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	10	10		20		10		5
CA Droit		10	5	10	10		20		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes