



Données Patient		CISSE SIDIKI
Date de naissance	01/10/1998	
Age	25	
Société	CR18	
ID	24050220263259372	

Date du test: 02/05/2024 20:40:09
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	30	30	30	20		10	(10)	10		10
CA Droit	20	20	20	20	15		20		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes