


MEDVIE


Date du test: 01/06/2024 14:45:26
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
FOFANA AMARA	
Date de naissance	01/01/2003
Age	21
Société	CR18
ID	24060114422368803

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	15	20	15		10	10	10		10
CA Droit	20	10	20	10	20		10		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes