


MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 18:10:15
Durée: 5mn 58s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA KEME SIDIKI	
Date de naissance	01/02/1995
Age	29
Société	CR18
ID	24092917460600845

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	5	5		5		5		0
CA Droit		(-5)	5	5	10		0		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes