


MEDVIE


Date du test: 19/08/2025 16:17:43
Durée: 4mn 00s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SANGAKE DJOUME MOISSA	
Date de naissance	01/01/1994
Age	31
Société	CR18
ID	25081916140712076

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	15		25		25		10
CA Droit		20	30	20	10		25		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes