


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 13:45:57
Durée: 5mn 43s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA DRISSA	
Date de naissance	01/11/2002
Age	21
Société	CR18
ID	24093013322499726

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	10	10		25		10		20
CA Droit		15	20	20	5		5		5		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes