

MEDVIE BEYLA


Date du test: 18/12/2024 12:16:15

Durée: 5mn 20s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA N'FALY	
Date de naissance	03/03/2003
Age	21
Société	CR18
ID	24121812153603639

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15		5		5		10	15	15
CA Droit		5	0		10		-5		5	15	20

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes