


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 13:45:17
Durée: 3mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE KARAMO
Date de naissance	18/04/1993
Age	31
Société	CR18
ID	25031413424575285

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	15		10		15		20
CA Droit		40	25	20	15		10		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes