



MEDECINE DE LA VIE  
BEYLA

Date de l'examen 12 11 2025 11h33

Dernier étalonnage 11 04 2025 7h55

|              |            |             |               |
|--------------|------------|-------------|---------------|
| Nom :        | CAMARA     | Prénom :    | KEMO          |
| Né le :      | 10 05 1990 | Age :       | 35 ans        |
| Sexe :       | Masculin   | Id :        | 14613         |
| Entreprise : | CR18       | Fonction :  | MANOEUVRE     |
| Exposition : |            | Opérateur : | Ramata CAMARA |
| Notes :      |            |             |               |



○ Droite    ○ Pas de réponse    ? Test douteux    □ Prédit (ISO7029)    × Gauche    × Pas de réponse    × Test douteux

| Résultats                         |     |                 |     |                           |      |         |      |      |
|-----------------------------------|-----|-----------------|-----|---------------------------|------|---------|------|------|
| Fréq (Hz)                         | 250 | 500             | 750 | 1000                      | 1500 | 2000    | 3000 | 4000 |
| Droite                            | 5   | 5               | 5   | 10                        | 10   | 10      | 5    | 5    |
| Gauche                            | 10  | 10              | 5   | 10                        | 10   | 5       | 10   | 10   |
| Prédit                            | 6   | 7               | 7   | 7                         | 8    | 9       | 10   | 11   |
| Commentaire:                      |     |                 |     |                           |      |         |      |      |
| Indices                           |     |                 |     |                           |      |         |      |      |
|                                   |     | Droite (dB HTL) |     | Gauche (dB HTL)           |      | Moyenne |      |      |
| PAM                               |     | 8               |     | 8                         |      | 8       |      |      |
| S.I.G.Y.C.O.P Résultat : O = 1    |     |                 |     |                           |      |         |      |      |
| Perte auditive asymétrique : 8.33 |     |                 |     |                           |      |         |      |      |
| Conditions                        |     |                 |     |                           |      |         |      |      |
| Emission : Pulsé                  |     | Pas : 5dB       |     | Première oreille : Droite |      |         |      |      |
| Mode Auto ascendant               |     |                 |     |                           |      |         |      |      |