


MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 11:11:43
Durée: 3mn 27s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MALICK
Date de naissance	01/01/1994
Age	31
Société	CR18
ID	25031510562353272

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	15		15		10		15
CA Droit		45	30	25	15		10		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes