

MEDVIE


Date du test: 09/04/2024 16:25:43

Durée: 9mn 08s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA SIAKA
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24040916233592279

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	15	15	5		10		20		35
CA Droit	20	20	-5	25	5		15		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes