

Données Patient


KONATE SERY

Date de naissance 01/01/1994
Age 30
Société CR18
ID 24050311040270158


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 03/05/2024 11:13:17
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	20	10		10		10		10
CA Droit	20	10	10	10	10		10		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes