


MEDVIE


Date du test: 29/07/2025 15:30:04
Durée: 3mn 43s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF N'FALY	
Date de naissance	01/01/1995
Age	30
Société	CR18
ID	25072915260656678

Audiomètre	
Type:	Audio 800M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	15	15		15		15		10
CA Droit		35	25	25	10		35		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes