


MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 12:37:29
Durée: 4mn 13s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KEITA BANGALY
Date de naissance	01/01/1999
Age	26
Société	CR18
ID	25031312353525351

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	30	25	10		5		10		-5
CA Droit		40	30	25	15		10		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes