


MEDVIE


Date du test: 14/03/2024 14:45:18
Durée: 6mn 24s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOW AMADOU OURY	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24031414431435549

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	25	25	20	15		15		15		10
CA Droit	5	20	20	20	10		15		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes