


MEDVIE


Date du test: 26/03/2024 09:44:36
Durée: 12mn 38s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SANGARE BANGALY
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24032609420180528

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	25	30	30	20		20		15		35
CA Droit	25	30	25	25	20		10		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes