

MEDVIE

Date du test: 14/05/2024 14:04:58

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

SOW OUMAR

Date de naissance 01/01/2001

Age 23

Société CR18


ID 24051414034483512

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	10	15	15		5		10		20
CA Droit	10	15	30	20	15		20		25		30

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes