


MEDVIE


Date du test: 18/05/2024 17:22:47
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		CONDE SAYON
Date de naissance	01/01/1990	
Age	34	
Société	IBS	
ID	24051817174134829	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	15	10		10		5		15
CA Droit	20	10	10	15	10		10		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes