


MEDVIE


Date du test: 28/05/2024 14:40:59
Durée: 0mn 47s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
BALLO ABOUBACAR	
Date de naissance	01/01/1975
Age	49
Société	IBS
ID	24052814075652908

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	10	10	5		10		5		10
CA Droit	10	5	10	5	5		5		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes