


MEDVIE


Date du test: 02/08/2024 15:56:18
Durée: 3mn 47s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA MOHAMED	
Date de naissance	08/06/1990
Age	34
Société	IBS
ID	24080215544907075

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	25	20		15		15		35
CA Droit		30	35	25	20		20		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes