



Données Patient	YOULA MOHAMED
Date de naissance	01/05/2004
Age	20
Société	CHEC
ID	24092518164510652

Date du test: 25/09/2024 18:18:17
 Durée: 3mn 59s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	25		10		15		25
CA Droit		15	15	15	15		5		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes