


MEDVIE


Date du test: 31/08/2024 13:27:17  
Durée: 5mn 25s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>SOUMAH ABOUBACAR</b> |                   |
| Date de naissance       | 09/10/2004        |
| Age                     | 19                |
| Société                 | CHEC              |
| ID                      | 24083113260637840 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Gauche



Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k  | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 35  | 25  | 25  | 10 |     | -10 |    | 0  |    | 20 |
| CA Droit  |     | 40  | 15  | 20  | 10 |     | 0   |    | 10 |    | 10 |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 6,3 dB | --- |
| CA Droit        | 8,8 dB | --- |

Notes