



Données Patient	
CAMARA YAMOUSSA	
Date de naissance	01/07/2004
Age	20
Société	CHEC
ID	24092516273961132

Date du test: 25/09/2024 16:29:27
Durée: 2mn 51s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	15	20		20		20		15
CA Droit		20	20	20	20		20		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes