



Données Patient

BANGOURA ABOUBACAR

Date de naissance

01/01/1998

Age

26

Société

CHEC

ID

24070612380736441

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211


Numéro de série:

2111EAT690092


Date Calibration :

30/11/2021

Date du test: 06/07/2024 12:40:44
Durée: 4mn 46s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	30	20	20		15		15		5
CA Droit		30	20	25	20		15		0		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes