



Données Patient	
BAVOGUI MASSA	
Date de naissance	10/10/1993
Age	30
Société	CHEC
ID	24083115323733651

Date du test: 31/08/2024 15:36:59
Durée: 5mn 29s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	20	25		20		30		30
CA Droit		25	45	40	40		30		55		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	42,5 dB	---

Notes