



| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SYLLA DJIBRIL     |                   |
| Date de naissance | 01/01/1997        |
| Age               | 27                |
| Société           | CHEC              |
| ID                | 24092613281430469 |

Date du test: 26/09/2024 13:29:38  
 Durée: 3mn 48s  
 Type test Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |



Oreille Gauche



Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 10  | 25  | 15  | 15 |     | 15 |    | 5  |    | 10 |
| CA Droit  |     | 15  | 20  | 15  | 15 |     | 15 |    | 25 |    | 25 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 15,0 dB | --- |
| CA Droit        | 18,8 dB | --- |

Notes