



Données Patient	
BANGOURA DJIBRIL	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CHEC
ID	24092618454854646

Date du test: 26/09/2024 18:47:29
 Durée: 5mn 15s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021



	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	5	0		10		10		10
CA Droit		10	10	5	5		0		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes