



Données Patient


CAMARA OUMAR

Date de naissance 01/01/1996
Age 28
Société CHEC
ID 24070616495877902


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 06/07/2024 16:52:36
Durée: 3mn 20s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	30	25	15		15		35		20
CA Droit		30	25	25	15		20		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes