

Données Patient


**CAMARA MAMADOUBA
FATAOUMATA**

Date de naissance 01/01/1987
Age 37
Société CHEC
ID 24091112460011923


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 11/09/2024 13:04:36
Durée: 4mn 17s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard



Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	15	15		15		25		15
CA Droit		30	30	25	15		0		15		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes